

## 温度測定記録 2024年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	21.5	15.7	18.7	22.1	19.5	21.1	20.6	19.8	20.2
2日	20.3	14.9	17.6	19.3	18.3	18.7	20.6	19.8	20.2
3日	22.5	14.6	18.9	19.5	17.7	18.6	20.7	19.8	20.2
4日	25.0	16.7	21.0	21.3	18.8	20.0	20.7	19.8	20.3
5日	27.1	18.7	22.8	22.9	20.6	21.8	20.7	19.8	20.3
6日	23.3	20.7	22.0	22.4	21.9	22.1	20.7	19.8	20.2
7日	22.3	20.2	20.9	21.8	21.2	21.4	20.6	19.8	20.3
8日	23.1	16.6	19.9	21.2	20.0	20.8	20.7	19.9	20.2
9日	18.2	15.0	16.6	19.7	17.6	18.4	20.6	19.8	20.2
10日	23.0	13.8	18.7	18.6	16.7	17.7	20.7	19.7	20.2
11日	24.8	16.6	20.7	20.5	18.2	19.4	20.7	19.8	20.3
12日	23.0	19.3	21.5	21.2	20.0	20.6	20.7	19.8	20.3
13日	21.1	18.0	19.7	21.2	20.1	20.7	20.7	19.9	20.3
14日	21.3	16.9	19.0	20.0	19.2	19.5	20.7	19.8	20.3
15日	23.8	16.4	20.3	20.2	18.6	19.4	20.7	19.8	20.3
16日	23.3	18.2	20.0	20.3	19.4	19.8	20.7	19.9	20.3
17日	24.4	17.6	21.6	21.6	19.5	20.5	20.7	19.8	20.3
18日	25.6	19.1	22.8	22.8	20.8	21.8	20.6	19.8	20.3
19日	23.5	20.8	22.2	22.7	22.1	22.4	20.6	19.9	20.2
20日	22.0	18.3	20.1	22.2	20.9	21.3	20.6	19.9	20.3
21日	25.3	19.5	22.4	22.6	20.6	21.6	20.7	19.9	20.3
22日	23.8	19.8	21.8	22.2	21.4	21.8	20.7	19.9	20.3
23日	24.4	19.9	22.0	22.0	21.2	21.6	20.7	19.9	20.3
24日	28.0	20.3	23.9	23.5	21.4	22.4	20.7	19.9	20.3
25日	25.9	21.0	23.0	23.4	22.4	22.9	20.7	19.8	20.3
26日	24.9	20.6	22.5	22.5	21.6	22.1	20.7	19.8	20.2
27日	24.5	21.5	22.9	22.6	21.9	22.2	20.7	19.9	20.3
28日	25.3	22.1	23.5	23.2	22.4	22.7	20.7	19.9	20.3
29日	27.2	21.7	23.6	23.6	22.7	23.2	20.6	19.9	20.3
30日	26.5	21.2	23.8	23.9	22.7	23.3	20.7	19.9	20.3
31日	22.5	20.7	21.7	23.6	22.3	22.8	20.7	19.9	20.3
月平均	-	-	21.2	-	-	21.1	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。