

温度測定記録 2025年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	33.6	25.7	28.6	29.6	28.7	29.2	20.1	20.0	20.1
2日	33.6	26.0	29.1	29.7	28.7	29.2	20.1	20.1	20.1
3日	36.1	26.3	30.1	30.5	28.9	29.7	20.2	20.0	20.1
4日	36.8	25.8	29.9	30.6	29.2	29.9	20.2	20.1	20.1
5日	36.1	26.4	30.7	30.7	29.5	30.1	20.2	20.1	20.2
6日	35.6	27.0	30.6	31.2	29.9	30.5	20.2	20.1	20.2
7日	37.4	27.4	31.3	31.8	30.4	31.1	20.2	20.1	20.1
8日	37.6	27.4	31.7	32.4	30.7	31.5	20.2	20.1	20.2
9日	37.0	27.9	31.3	32.3	31.1	31.6	20.3	20.1	20.2
10日	37.3	22.8	28.9	32.0	29.4	31.0	20.3	20.1	20.2
11日	26.0	21.7	23.3	29.2	25.7	27.2	20.2	20.1	20.2
12日	28.8	20.7	23.9	25.5	24.7	25.1	20.2	20.1	20.1
13日	35.4	22.3	27.1	26.8	24.6	25.5	20.3	20.1	20.2
14日	30.6	24.2	26.6	27.1	26.6	26.8	20.2	20.1	20.2
15日	30.9	25.0	27.2	27.7	27.0	27.3	20.2	20.1	20.2
16日	28.7	26.0	27.0	27.4	27.1	27.3	20.3	20.1	20.2
17日	32.0	24.9	28.0	28.1	26.8	27.5	20.5	20.1	20.3
18日	32.9	25.4	28.6	28.9	27.4	28.1	20.3	20.1	20.2
19日	33.8	25.2	29.4	29.7	28.0	28.8	20.3	20.2	20.2
20日	36.5	26.2	29.8	30.3	28.7	29.4	20.3	20.1	20.2
21日	36.9	26.7	30.8	31.2	29.3	30.2	20.3	20.1	20.2
22日	35.7	26.7	30.6	31.5	30.0	30.7	21.2	20.1	20.5
23日	36.7	26.7	30.5	31.4	30.0	30.7	20.5	20.1	20.2
24日	36.5	26.7	30.9	31.6	30.2	30.9	20.5	20.1	20.2
25日	35.9	27.1	30.9	31.9	30.4	31.1	20.3	20.1	20.2
26日	35.6	27.2	30.9	32.0	30.5	31.2	20.3	20.1	20.2
27日	34.2	27.1	30.2	31.6	30.5	31.0	20.3	20.1	20.2
28日	38.8	26.6	31.6	32.1	30.2	31.1	20.3	20.1	20.2
29日	37.4	26.3	31.3	32.5	30.9	31.7	20.3	20.1	20.2
30日	34.6	25.7	29.3	31.8	30.2	30.9	20.3	20.1	20.2
31日	32.7	24.7	27.8	30.1	28.9	29.3	20.3	20.1	20.2
月平均	-	-	29.3	-	-	29.5	-	-	20.2
(備考) ・外気温:試験室(屋外)の温度。 ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。 ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。									

(一財)建材試験センター工事材料試験所 船橋試験室